

Expedient GSSSR 1/13 per la licitació del Subministrament de dos ecògrafs digitals per encàrrec de Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc, s'ha detectat un error tipogràfic que es el següent:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (Annex Lot 1)

On diu:

ACCESSORIS BÀSICS

- 1 Transductor Abdominal convex 3D (ampli aspectre)
- 1 Transductor Endovaginal 2D
- 1 Impressora digital B/N

Ha de dir:

ACCESSORIS BÀSICS

- 1 Transductor Abdominal **convex 2D** (ampli aspectre)
- 1 Transductor Endovaginal 2D
- 1 Impressora digital B/N