



## **Expedient HCSB 2/13**

Subministrament de 2 autoanalitzadors de coagulació així com els reactius, controls, calibradors i consumibles per l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga.

### **1-Pregunta:**

Tenim una consulta tècnica respecte a l'expedient al que licitem HCSB 02/1 "Subministrament de 2 autoanalitzadors de coagulació així com els reactius, controls, calibradors i consumibles per l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga"

On diu:

"2-Sistema de QC (6 punts)

a) Es valorarà la qualitat dels resultats de controls externs segons la normativa vigent en cada moment (resultats del programa d'avaluació externa de qualitat de la SEHH)

CV en % més baix en els tres nivells per PT i en els tres nivells per fibrinogen - 6 punts

CV en % més baix en els tres nivells per PT- 3 punts

CV en % més baix en els tres nivells per fibrinogen- 3 punts"

La consulta es:

Al resum del programa extern de la qualitat s'evalua la qualitat d'altres tècniques ofertades que no s'inclouen en aquest punt, com per exemple el APTT. Per què no s'evaluen totes les tècniques?

Adicionalment hi han altres programes de control de qualitat internacionals que inclouen totes les tècniques que s'oferten al concurs (PT, APTT, Fibrinogen, DDimer). Es poden incloure les dades de CV en aquest apartat?

### **1-Resposta:**

El programa d'avaluació extern que nosaltres utilitzem és el que exigeix la Generalitat de Catalunya (SEHH). Per tant és el que els licitadors han de garantir en les magnituds que nosaltres demanem. Únicament demanem el CV en % més baix en els tres nivells per PT, principalment, i fibrinogen donat que són magnituds de les quals fem més volum tant en activitat urgent com programada