

Consultes i Respostes de l'Expedient HSJD 4/12

Pregunta:

En relación al Expediente HSJD 4/12 les planteamos la siguiente duda:

En las prescripciones técnicas de las bombas volumétricas aparece la siguiente característica "Transició de dades ja sigui per wireless o cable de xarxa"

Existe algún sistema de transmisión de datos instalado en el Hospital?
O cual es el sistema previsto?

Resposta:

Les bombes s'han de poder integrar en HL7 i fer el enviament de dades via wireless i punt de xarxa.